Памятка пользователя

Ультрафонофорез с гелем Ферменкол в домашних условиях при помощи ультразвукового аппарата SuperSonic

Фонофорез с гелем Ферменкол — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину рубцовой ткани.

Высокочастотная ультразвуковая волна 1 МГц эффективно воздействует на глубине 10-12 мм и способствует разрыхлению коллагеновых волокон, благодаря чему повышается диффузия коллагенолитических ферментов в глубоко расположенные участки рубцовой ткани, что способствует редукции патологического коллагена.

Благодаря фонофорезу с гелем Ферменкол рубцы бледнеют, уменьшаются в размерах, становятся менее плотными и более эластичными, снижается или прекращается зуд, нормализуется гидратация рубцовой ткани. Успешный опыт применения фонофореза с гелем Ферменкол для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов позволяет говорить о высокой эффективности данного метода.

Следует соблюдать осторожность при воздействии на молодые (до 3-х месяцев) рубцы, так как действие ультразвука может спровоцировать их рост.

Курс фонофореза с гелем Ферменкол:
10-15 процедур.
Интервал между курсами: от 14 дней для взрослых, от 30 дней для детей.

Продолжительность процедуры на одну область:
- 2-3 минуты для детей
- 3-5 минут для взрослых
- 5-7 минут в области крупных суставов

Общая продолжительность процедуры в день на нескольких областях не должна превышать:
- 10 минут у детей
- 20 минут у взрослых

Интервал между процедурами: не более 2-х дней.

Интенсивность излучения:
- в области туловища и конечностей – 0,3 Вт/см^2
- в области лица и шеи – 0,2 Вт/см^2

Постоянный ультразвуковой режим.

ВАЖНО! Не использовать аппарат в области сердца, во время беременности и детям до трех лет.



ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1. Предварительно очистить кожу, процедура может проводиться в положении сидя или лежа.

2. Подключить аппарат к сети, присоединить ультразвуковую насадку, нажать кнопку «Power», по умолчанию будет установлен режим «Постоянный непрерывный вывод».

3. Кнопкой «Select» выбрать необходимую УЗ-насадку, установить время процедуры и нажать кнопку «Start».

4. Кнопками «Увеличение мощности» и «Уменьшение мощности» установить интенсивность излучения 0,2 Вт/см^2 (третий по счету индикатор) для процедур на лице или 0,3-0,4 Вт/см^2 (четвертый или пятый индикатор) для процедур на туловище или конечностях.

5. Нанести на обрабатываемый участок кожи гель в необходимом количестве из расчета 0,5-1 г на 1 см^2 и медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательными круговыми движениями, сохраняя постоянный контакт с кожей. Между УЗ-насадкой и кожей не должно быть воздуха! Не допускать высыхания геля и добавлять его по мере необходимости.

6. Звуковой сигнал оповестит об истечении установленного времени процедуры. Отключить аппарат, снять сухой салфеткой остатки геля с излучателя и протереть спиртовой салфеткой.

ВАЖНО! Мощность излучения не должна превышать 0,4 Вт/см^2 во избежание инактивации фермента при нагревании УЗ-насадки.

ФЕРМЕНКОЛ®
ПРОТИВОРУБЦОВЫЙ ЭФФЕКТ

РФ, 191025, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. МО Литейный округ,
ул. Маяковского, д. 36, лит. А
+7 (812) 327-54-47
+7 (931) 975-86-26